

承	認	審	査	作	成
428.10.27	428.10.27	429.10.27			

別紙(1)

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	平成28年10月21日 (金) 14:40 ~ 16:08						
作業場所	MP-2, 8						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーバイメーター交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 時間	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-2	F1-ICW-230	0.03	2.2 μ Sv/h (14:40)	14:40 ~ 15:12	F1-ICW-377	0.03	2.2 μ Sv/h (15:12)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.2 μ Sv/h (14:40)	—	—	—	2.2 μ Sv/h (15:14)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3348mV (14:40)	—	—	—	3346mV (15:14)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.2 μ Sv/h (14:40)	—	—	—	2.2 μ Sv/h (15:13)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3348mV (14:40)	—	—	—	3347mV (15:12)
MP-8	F1-ICW-229	0.03	1.8 μ Sv/h (15:34)	15:34 ~ 16:08	F1-ICW-378	0.03	1.5 μ Sv/h (16:08)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.7 μ Sv/h (15:29)	—	—	—	1.6 μ Sv/h (16:10)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3349mV (15:29)	—	—	—	3349mV (16:10)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.7 μ Sv/h (15:29)	—	—	—	1.7 μ Sv/h (16:09)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3349mV (15:29)	—	—	—	3349mV (16:09)
—以下余白—							