

承認	審査	作成
H28.10.27	H28.10.25	H28.10.25

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年10月25日（火） 10:00～12:00						
作業場所	正門付近						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEのアンテナ交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
正門付近	F1-ICW-236	0.03	1.0 μ Sv/h (11:02)	10:50 ～ 11:35	—	—	1.0 μ Sv/h (11:36)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	0.8 μ Sv/h (10:47)	—	—	—	0.9 μ Sv/h (11:31)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3251mV (10:57)	—	—	—	3244mV (11:31)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	0.8 μ Sv/h (10:47)	—	—	—	0.9 μ Sv/h (11:31)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3251mV (10:57)	—	—	—	3244mV (11:31)
—以下余白—							