


承認	審査	作成
2019.12.17	2019.12.16	2019.12.12

傷病者スクリーニング検査証明書

傷病者の氏名	
<p>放射線測定結果：スポットがある時は人体図にも記入する</p> <p>スクリーニング結果 (GM) <u>60</u> cpm (最高値)</p> <p>(体表面から 1cm) <u>60</u> cpm (BG)</p> <p>線量率 (電離箱・シンチ) <u>0.07</u> $\mu\text{Sv/h}$ (最高値)</p> <p>(体表面から 10cm) <u>0.07</u> $\mu\text{Sv/h}$ (BG)</p> <p>メモ欄</p> <p>測定器: FI-GMAD-395</p> <p>換算定数: $7.33 \times 10^{-3} (\text{Bq/cm}^2 \cdot \text{min}^{-1})$</p> <p>測定器: FI-SC-042</p> <p>1年線量:</p> <p>5年線量:</p>	
<p>測定値の評価</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> バックグラウンドレベル</p> <p><input type="checkbox"/> スクリーニングレベル (13,000cpm) 未満</p> <p><input type="checkbox"/> スクリーニングレベル (13,000cpm) 超</p>	
実施年月日	2019 年 12 月 9 日
測定実施者 所属	保安班
(診療放射線技師)	氏名



傷病者対応可能時間評価 (バックグラウンドレベルの場合は記載不要)

救命救助、搬送に関わる従事者が作業に当たることのできる時間は (b) 時間までです。
オフサイトセンター医療班

測定実施者 使用欄

測定実施者は測定値を (a) $\mu\text{Sv/h}$ 、下記計算式の (b)

時間を上記に記載する。

(b) 時間の算定式

$$30,000 \mu\text{Sv} \div (a) \mu\text{Sv/h} = (b) \text{時間}$$